EnDoctus
Medical Equipment

INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE SHENDA

Importador: Doctus Equipamentos Médicos LTDA

MANUAL DO USUÁRIO

EniDoctus
Medical Equipment

Modelo	Nome	Imagem Gráfica
U8520	Apoio de Peito	
H5012	Pinça de Corpo Estranho com Dente	
B5025.2	Pinça de Corpo Estranho Nasal com Gancho	
B5057.1	Pinça Nasal com Sucção	
B5057.2	Pinça Nasal com Sucção 45°	
B5057.3	Pinça Nasal 90°	
B5012.1	Pinça de Apreensão Sinusal Curvada para Baixo 120°	
B5012.2	Pinça de Apreensão Sinusal para Baixo 115°	
B5012.3	Pinça de Apreensão Sinusal para Cima 120°	
B5012.4	Pinça de Apreensão Sinusal para Cima 115°	
B5063.1	Pinça Cabeça Chata	
B5063.2	Pinça Cabeça Inclinada com Pulsor	
B5064.1	Pinça Cabeça Pontiaguda Haste Longa	

EniDoctus
Medical Equipment

Modelo	Nome	Imagem Gráfica
B5064.2	Pinça Cabeça Pontiaguda Haste Curva	
B5006.1	Pinça de Highmore Rongeur Reta para Cima	
B5059.1	Pinça Hemostática Highmore Roungeur com Dentes	
BW5001	Pinça Hemostática Highmore Roungeur com Dentes	
BW5002	Pinça Cinuscópica para Tecidos Curva	
BW5003	Pinça Cinuscópica para Tecidos Curvada para Esquerda	
BW5004	Pinça Cinuscópica para Tecidos Curvada para Direita	
BW5005	Pinça de Apreensão Nasal para Esquerda 30°	
BW5006	Pinça de Apreensão Nasal para Esquerda	
BW5007	Pinça de Apreensão Nasal para Direita	
BW5008	Pinça de Apreensão Nasal para Esquerda	
BW5019	Pinça Roungeur para Trás Curvada para Baixo	
BW5020	Pinça Roungeur Multifunção 60°	

EniDoctus
Medical Equipment

Modelo	Nome	Imagem Gráfica
BW5021	Pinça Roungeur Multifunção 90°	
BW5025	Pinça Larga para Seio Esfenoidal	
BW5023	Pinça Alicate para Osso Nasal	
BW5024	Pinça para Pólipos	
BW5022	Pinça Roungeur Apreensão para Trás	
G5004N	Pinça Tipo Alicate	
G5001	Pinça de Apreensão para Minisco	
G5003	Pinça Tipo Agulha para Biópsia	
G5013	Pinça 0°	
G5014	Pinça 40°	

Formas de apresentação comercial do produto

Cada modelo é fornecido individualmente em embalagem primária não estéril de polietileno, selada térmicamente, acondicionando uma unidade do produto com 01 rótulo original do fabricante.

Indicação de uso / finalidade

Os instrumentais cirúrgicos articulados não cortantes para cirurgia Otorrinolaringonológica tem como finalidade realizar remoção, separação e deslocamento de tecidos oriundos no momento da cirurgia, como de exemplo tecido adiposo e/ou tecido cartilaginoso.

Princípio de funcionamento / mecanismo de ação

O instrumental ao entrar em contato com o tecido oriundo do procedimento cirúrgico faz a remoção ou separação de tecidos. Também tem a função de facilitar ao cirurgião, o deslocamento de tecidos para melhor visualização da região que está sendo feita a cirurgia.

Modo de uso do produto

Após o instrumental cirúrgico ter sido esterilizado corretamente, o profissional capacitado irá com precisão aproximar a extremidade distal do instrumental cirúrgico na região onde se deseja fazer a remoção ou separação dos tecidos cartilaginosos, adiposos ou pele gerados no momento do procedimento cirúrgico. Após sua utilização, e encaminhar o instrumental cirúrgico para o processo de deseinfecção e esterilização.

Composição

- Aço Inoxidável Austenítico 304

Especificação técnica

Organoléptico:
Todos os modelos são de aço inoxidável austenítico 304, de coloração prata.

Mecânicas:
Todos os modelos são: sólidos, de baixa elasticidade e plasticidade.

Microbiológicas:
Todos os modelos não são esterilizados pelo fabricante, antes da sua utilização é necessário realizar o processo de limpeza e esterilização do produto.

Produto não estéril

Método de esterilização:
Autoclave à Vapor
Vapor a 134ºc, pressão máxima de 3 bar/
Tempo: por 5 - 8 minutos usando vácuo ou pré-vácuo fracionado.

Condições de armazenamento e transporte

Temperatura: -10°c a 60ºc
Umidade relativa máxima: 90%
Evitar choques mecânicos

Condições para manipulação

Temperatura: 10°c a 60 ºc
Umidade relativa: 30% à 90%
Evitar choques mecânicos;

Deve-se ter cuidado na manipulação dos instrumentais cirúrgicos no que tange suas pontas. Antes da utilização certificar que o instrumental cirúrgico foi esterelizado corretamente.

Após utilização encaminhar o produto para ser realizado a desinfecção e esterilização do mesmo. Devem ser seguidas as orientações sobre manuseio, limpeza e esterilização da norma NBR 14332 ("instrumentais cirúrgicos e odontológicos de aço inoxidável - orientações sobre manuseio, limpeza e esterilização").

Advertências / Precauções

Este produto deverá ser utilizado por profissional habilitado e com experiência em manipulação de instrumentais cirúrgicos. Os instrumentais não devem ser guardados nos mesmos locais onde se armazena produtos químicos, que podem exalar vapor corrosivo.

Todo instrumental cirúrgico deve ser submetido à esterilização antes de ser utilizado. A esterilização do instrumental cirúrgico não é substituída pela limpeza. Uma vez esterilizado, os instrumentais devem ser abertos somente no centro cirúrgico, em condições assépticas. Ao receber o material verificar se o instrumental cirúrgico encontra-se íntegro.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAR ANTES DA UTILIZAÇÃO

Informações gerais:

Nome técnico: INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE

Fabricado por: SHENYANG SHENDA ENDOSCOPE CO., LTD.

Endereço: NO. 123, HEZUO STREET, DADONG, SHENYANG, CHINA

Importado e distribuído por:

Doctus Equipamentos Médicos LTDA

CNPJ: 06696246/0001-26

Endereço: Rua Nossa Senhora de Nazaré, 1526 – Boa Vista

CEP 82560-000 Curitiba – Paraná - Brasil

Telefone: +55 (41) 3357-9966

Responsável Técnico: Juliano Lindenberg Cordeiro CRF 21594PR

ATENÇÃO: PRODUTO DE USO MÉDICO. DEVE SER UTILIZADO POR PROFISSIONAL HABILITADO.

VALIDADE: INDETERMINADO

REGISTRO ANVISA: 80690340003

Sandro Pilatti
Responsável Legal

Juliano Lindenberg Cordeiro
Responsável Técnico 21594/CRFPR